

L.dz. DN/DF/FL/KW/0434/24  
Znak sprawy: P/43/2024

Świnoujście, 04.11.2024r.

**wg rozdzielnika**

Dotyczy: wykonywania analiz fizyko-chemicznych węgla energetycznego i mieszanki popiołowo-żuźlowej dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Jaka jest przybliżona wielkość partii węgla do opróbowania ?

*Odp.: W odpowiedzi na Państwa zapytanie, informujemy, że wielkość partii węgla do opróbowywania zależy od wielkości danej dostawy węgla, tj. od około 2 000 do około 4 000 Mg.*

2. Czy partia węgla jest opróbowywana z przenośnika taśmowego, z łyżki ładowarki, czy z partii nieruchomej (ze zwał)?

*Odp.: Informujemy, że partia węgla jest opróbowywana z haldy węgla.*

3. W zadaniu 1 wymagają Państwo oznaczenia frakcji powyżej 20 mm w pobranej próbce węgla. Czy wymagają Państwo oznaczenia tylko zawartości nadziarna w próbce, czy określenia największego wymiaru ziarna w próbce?

*Odp.: W odpowiedzi na Państwa zapytanie, informujemy, że wymagamy wyłącznie określenia zawartości nadziarna (w %), nie wymagamy podania największego wymiaru ziarna.*

Przewodnicząca  
Komisji Przetargowej

  
Katarzyna Mikulska-Warmbier

Otrzymują:

1. Adresat

2. FL

3. Strona [www.pec.swinoujscie.pl](http://www.pec.swinoujscie.pl)